

ATTESTATION DE CONFORMITES TECHNIQUES

N° ESC 14-015

Demandeur : PHARMAOUEST INDUSTRIES

Z.A. ACTIPOLE 35 - BP 12
35540 MINIAC-MORVAN

Le(s) produit(s) ci-dessous référencé(s):

MATELAS PHARMA PLOTS 3 Parties et 3 parties compressé

équipé(s) de : ou constitué(s) de :

- ▣ Mousse polyuréthane HR 37kg/m³
- ▣ Housse dermalon blanche 100% PVC - 138g/m²

remplit(remplissent) les exigences des normes ou règlements techniques particuliers actuellement en vigueur :

Selon le protocole de la commission d'Evaluation des Produits et Prestations relatifs aux coussins, matelas et surmatelas d'aides à la prévention des escarres suivant l'avis du 22 décembre 2009.

suivant les observations et résultats d'essais consignés dans le(s) rapport(s) d'essais FCBA:

Pour les tests matériaux : n° M367131214, M367131219, M367131210, M367131211, P122047 DE/4, M367131212, M367131209, M367131185, M367131186, M367131190, M367131187, M367131189, M367131188

Pour les tests feu : n° 367140032, 367140033

Pour les mesures de répartition de pression : n° M367131215, M367131216, M367131218, M367131220, M367131221, M367131223

Toute modification majeure apportée au produit présenté et testé entraîne la nullité de la présente ATTESTATION DE CONFORMITE. Les modifications éventuelles doivent être notifiées par écrit dans les plus brefs délais au LABORATOIRE ESSAIS & MESURES du FCBA qui décidera de la suite à donner.

La présente ATTESTATION DE CONFORMITE ne concerne que le(s) produit(s) soumis à l'examen par le demandeur. Elle ne peut en aucun cas caractériser une constance de qualité de fabrication. Le FCBA ne peut s'assurer ni garantir que le produit n'a fait l'objet d'aucune modification et qu'il demeure fabriqué et commercialisé sous les caractéristiques d'origine.

Paris, le 24 Juillet 2014

Suivi du dossier

Responsable de section



10, avenue de Saint-Mandé
75012 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 19 49 19
Fax : +33 (0)1 43 40 85 65
www.fcba.fr